



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：2009009Y 号



2016150188U

fy

检测报告



检测对象： 污水

委托单位： 山东公路重交沥青有限公司

委托单位地址： 淄博市桓台县果里镇驻地

委托日期： 2020 年 09 月 15 日

报告日期： 2020 年 09 月 25 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)





检测报告

报告编号: 2009009Y 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	山东公路重交沥青有限公司	检测对象	污水
委托单位地址	淄博市桓台县果里镇驻地	检测类别	例行检测
联系人	刘泽刚	联系电话	0533-8409081
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	完成日期	2020.09.25
样品数量	水样: 1000mL×3+500mL×3。	环境条件	检测环境符合要求
样品状态	电脱盐罐废水排放口水样: 液态、黑色、异味; 酸性水污水排放口水样: 液态、灰色、异味。		
分析日期	2020.09.17~2020.09.18		
编制人	张英	审核人	张英
		批准人	李绍荣

签发日期: 2020.09.25



检测报告

报告编号: 2009009Y 号

第 2 页 共 2 页

一 水质检测结果

采样日期	点位	样品编号	检测项目		检测结果	单位
2020.09.15	电脱盐罐 废水排放口	2009009YS001	总汞		3.40	μg/L
			烷基汞	甲基汞	10L	ng/L
				乙基汞	20L	ng/L
		2009009YS002	总汞		3.02	μg/L
			烷基汞	甲基汞	10L	ng/L
				乙基汞	20L	ng/L
		2009009YS003	总汞		3.25	μg/L
			烷基汞	甲基汞	10L	ng/L
				乙基汞	20L	ng/L
	酸性水污水 排放口	2009009YS004	总砷		1.7	μg/L
		2009009YS005	总砷		1.7	μg/L
		2009009YS006	总砷		1.7	μg/L
备注	“L”表示未检出。					

二 检测依据、使用仪器及检出限、质控措施

样品类别	分析项目		标准名称及代号	仪器设备	检出限
污水	总汞		水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.04 μg/L
	烷基汞	甲基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	GC-2014 气相色谱仪 A-02-03	10 ng/L
		乙基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	GC-2014 气相色谱仪 A-02-03	20 ng/L
	总砷		水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.3 μg/L
质控措施	质控样品的检测结果符合分析方法的特定要求。检测分析人员持证上岗；分析仪器均经过检定或校准，经确认满足分析方法要求，且在有效期内；原始记录和报告执行三级审核。				

以下空白



检 测 报 告 说 明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、仅对样品负责，不作判定。
- 6、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。