



2204068Y

检测报告

检测对象：综合大气污染物

委托单位：山东汇丰石化集团有限公司

委托单位地址：淄博市桓台县果里镇

委托日期：2022年04月01日

报告日期：2022年04月09日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)





检测报告

报告编号: 2204068Y 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司		检测对象	综合大气污染物
委托单位地址	淄博市桓台县果里镇		检测类别	例行检测
联系人	刘泽刚		联系电话	19953383372
采样单位	山东博谱检测科技有限公司		完成日期	2022.04.09
样品数量	硫化氢: 吸收瓶 3 个。		环境条件	检测环境符合要求
样品状态	硫化氢: 吸收瓶样品完整无损。			
分析日期	2022.04.07			
编制人	张燕	审核人	李永	批准人

签发日期: 2022.04.09





检测报告

报告编号：2204068Y 号

第 2 页 共 2 页

一 有组织排放检测结果

采样日期	点位	样品编号	检测项目	测定浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	折算浓度 (mg/m ³)	含氧量 (%)
2022.04.07	2×5 万吨/年硫磺回收排放口 (东区)	2204068 YY001	硫化氢	0.02	4047	8×10 ⁻⁵	0.02	0.49
		2204068 YY002	硫化氢	0.02	4058	8×10 ⁻⁵	0.02	0.48
		2204068 YY003	硫化氢	0.02	4251	8×10 ⁻⁵	0.02	0.60
备注	无							

二 检测依据、使用仪器及检出限、质控措施

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
有组织废气	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》第五篇第四章十(三)亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局 第四版(增补版)	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.01mg/m ³ 测定下限
质控措施	质控样品的检测结果符合分析方法的特定要求。检测分析人员持证上岗；分析仪器均经过检定或校准，经确认满足分析方法要求，且在有效期内；原始记录和报告执行三级审核。			

以下空白



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。

有限公司